

# 一氧化氮(NO)(硝酸还原酶法)含量检测试剂盒(分光法)

产品货号: BA3397

产品规格: 48样

## 产品简介:

一氧化氮 (NO) 广泛分布于生物体内, 作为细胞间及细胞内的信息物质, 发挥信号传递的作用, 是一种新型的生物信使分子, 在机体的生理、病理过程中起着重要的作用。

由于一氧化氮 (NO) 本身极不稳定, 在细胞内很快代谢为硝酸盐和亚硝酸盐, 本试剂盒采用硝酸盐还原酶还原硝酸盐为亚硝酸盐, 然后与改良的 Griess Reagent 反应生成在530nm处有特征吸收峰的有色物质, 通过测定其吸光值的变化即可计算出待检样本中总一氧化氮 (NO) 含量。

## 产品内容:

产品名称	规格	保存条件	注意事项
提取液	液体60mL×1瓶	2-8°C	
试剂一	粉体2支	-20°C	每支: 1. 开盖前注意使粉体落入底部 (可手动甩一甩); 2. 加入1.5mL蒸馏水溶解备用; 3. 用不完的试剂分装后-20°C保存, 禁止反复冻融, 三天内用完。
试剂二	粉体1支	-20°C	1. 开盖前注意使粉体落入底部 (可手动甩一甩); 2. 加入1ml蒸馏水, 若一次性用不完, 可分-20°C装保存, 避免反复冻融。
试剂三	液体2支	-20°C, 避光	每支: 1. 第一次开启前务必8000g 4°C离心2min使试剂落入管底再开盖 (避免试剂浪费); 2. 若一次性用不完, 可分装-20°C保存, 避免反复冻融。
试剂四	粉体1瓶	-20°C	1. 开盖前注意使粉体落入底部 (可手动甩一甩); 2. 加入4.2mL蒸馏水溶解。 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂五	液体12mL×1瓶	2-8°C, 避光	1. 临用前, 可依据待检测样本数量, 把试剂五和六按照等比例混合成无色的反应mix (注意观察, 若变粉色, 则不能使用); 2. 两天之内用完。
试剂六	液体12mL×1瓶	2-8°C, 避光	1. 用天平称取6.9mg的标准品至一新EP管中, 再加1mL蒸馏水溶解即100μmol/mL; 2. 再用蒸馏水稀释1000倍即0.1μmol/mL, 现配现用。 3. 溶解后的标品一周内用完。
标准品	粉体1支	2-8°C, 避光	



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**  
**Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd**

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号  
 免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799  
 Q Q: 807961520 731791866  
 邮箱: zzlybio@126.com

**实验器材：**

研钵（匀浆机）、冰盒（制冰机）、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅（烘箱、培养箱、金属浴）、1ml比色皿、离心管、分光光度计、蒸馏水（去离子水、超纯水均可）。

**指标测定：**

建议先选取1-3个差异大的样本（例如不同类型或分组）进行预实验，熟悉操作流程，根据预实验结果确定或调整样本浓度，以防造成样本或试剂不必要的浪费！

**1. 样本提取：**
**① 组织样本：**

称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆，4°C×8000rpm，离心 10min，取上清液沸水（95-100°C）5min 后，于 12000rpm 再离心 5min 后取上清，上清置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 5~10: 1 的比例进行提取。

**② 细菌/细胞样本：**

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液；超声波破碎细菌或细胞（冰浴，300W，超声 3s，间隔 7s，总时间 3min）；4°C×8000rpm，离心 10min，取上清液沸水（95-100°C）5min 后，于 12000rpm 再离心 5min 后取上清，上清置冰上待测。

【注】：若增加样本量，按照细菌/细胞数量（10<sup>4</sup> 个）：提取液体积（mL）为 500~1000: 1 比例进行提取。

③ 液体样本：若浑浊先离心取澄清上清液液体检测，若是澄清液体直接检测即可（尿液样本一般需做几个样本预测定，找出适合本批样本的稀释倍数 D）。

**2. 检测步骤：**

① 分光光度计预热 30min 以上（等仪器过自检程序亦可），调节波长至 530nm，蒸馏水调零。

② 其余试剂于 37°C 预热 5min。在 EP 管中依次加入：

试剂组分（ $\mu$ L）	测定管	标准管 (做一次)	空白管 (做一次)
试剂一	40	40	40
试剂二	20	20	20
试剂三	10	10	10
样本	120		
标准品		120	
蒸馏水			120
混匀，37°C 反应 60min			
试剂四	80	80	80
混匀，37°C 反应 30min			
反应 mix	400	400	400
混匀，37°C 避光反应 15min，全部上清液转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 530nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$			

【注】 1. 若 $\Delta A$  在零附近徘徊，可以增加样本取样量（如增加至 0.2g）；若 A 测定大于 1.5，可对样本用蒸馏水稀释，则改变后的样本质量 W 和稀释倍数 D 需代入计算公式重新计算。

2. 若样本自身为较明显的红色或粉红色，可增设一个样本自身对照管：120 $\mu$ L 样本+150 $\mu$ L 蒸馏水+400 $\mu$ L 的反应 mix，混匀，37°C 避光反应 15min，于 530nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。

3. 若加完反应 mix 出现浑浊沉淀（如血清样本），可于 5000rpm 室温离心 5min，测定管和空白管都取出全部上清液至 1mL 玻璃比色皿中于 530nm 处读取吸光值 A。



**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信

**结果计算：**

## 1. 按样本质量计算：

$$\begin{aligned} \text{NO 含量}(\mu\text{moL/g 鲜重}) &= (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V1 \div V \times W) \times D \\ &= 0.1 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div W \times D \end{aligned}$$

## 2. 按蛋白浓度计算：

$$\begin{aligned} \text{NO 含量}(\mu\text{moL/mg Prot}) &= (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V1 \div V \times Cpr) \times D \\ &= 0.1 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div Cpr \times D \end{aligned}$$

## 3. 按液体体积计算：

$$\begin{aligned} \text{NO 含量}(\mu\text{moL/mL}) &= (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div V1 \times D \\ &= 0.1 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times D \end{aligned}$$

## 4. 按细胞/细菌数量计算：

$$\begin{aligned} \text{NO 含量}(\text{nmoL}/10^4 \text{ cell}) &= (C \text{ 标准} \times V1) \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V1 \div V \times 500) \times D \times 10^3 \\ &= 0.2 \times \Delta A \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times D \end{aligned}$$

C 标准---0.1 $\mu\text{mol/mL}$ ; V---加入提取液体积, 1mL; V1---反应中样品体积, 0.12mL; W---样品质量, g; 500---细胞数量, 万; D---稀释倍数, 未稀释即为 1。

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

扫一扫 加微信